

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

## Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1132-Трансфер технологија**

Референтни број: **Д-0005**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Партија 1-Десиццатор,ПЦ, витх стопцоцк, диам. 250 мм , можете ли појаснити на шта се односи ова ознака ПЦ? Може ли се понудити вакуум ексикатор фи 250 мм?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>1. ПЦ је скраћеница за поликарбонат2. Десикатор мора да има могућност вакуумирања тј мора да има стопцоцк (вакумски вентил).</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0005/2023</p>