

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

## Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **НАБАВКА НАУЧНЕ ОПРЕМЕ – ЛАБ 020**

Референтни број: **Д-0044**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани, у Партији 2 захтевате Семи-микро електронску аналитичку вагу са два опсега прецизности мерења.</p> <p>У техничкој спецификацији наводите следеће: два опсега прецизности мерења: 0.01 мг (120г мах. оптерећења) и 0.1 мг (120 г мах. оптерећења), ЛЦД дисплеј са позадинским осветљењем, УСБ.</p> <p>Молимо Вас да проверите наведена максимална оптерећења, која би требало да буду различита, сходно наведеном захтеву за два опсега прецизностима мерења.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0044/2023</p>

## Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани, да ли је дозвољено понудити центрифугу са спецификацијом буке &lt;50дб. У принципу модерне центрифуге су тихе и никад не достижу тај ниво буке.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>прихватљиво је понудити центрифугу са спецификацијом буке &lt;50db.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p>

	Комисија за ЈН Д-0044
<p>Поштовани, у Партији 2 захтевате Семи-микро електронску аналитичку вагу са два опсега прецизности мерења.</p> <p>У техничкој спецификацији наводите следеће: два опсега прецизности мерења: 0.01 мг (120г мах. оптерећења) и 0.1 мг (120 г мах. оптерећења), ЛЦД дисплеј са позадинским осветљењем, УСБ.</p> <p>Молимо Вас да проверите наведена максимална оптерећења, која би требало да буду различита, сходно наведеном захтеву за два опсега прецизностима мерења.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0044/2023</p>