



# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Адреса: Мике Петровића Аласа 12-14

Телефон централа: (ОП) 3408-101

п.фах 522, ПОТ Београд

Телефон Директор: (011) 6454-945

Телефакс: (011) 3408-787

E-mail: office@vinca.rs

Наш знак 2/123/10

Београд, 16.05.2018.год.

Комисија за јавну набавку добара Стона центрифуга микроскопски контролисана Д-1.1.80/2018

Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде

Комисији за јавну набавку бр Д- 1.1.80/2018 стигао је имејл, од потенцијалног понуђача следеће садржине:

**ПИТАЊЕ:**

Поштовани,

у складу са Законом о јавним набавкама достављам захтев за појашњењем конкурсне документације за ЈН Д-1.1.80/2018:

\* да ли потребно понудити центрифугу са микропроцесорском, а не микроскопском контролом?

\* да ли је прихватљива контрола времена центрифугирања од 10 секунди до 99 сати и 59 минута?

\* да ли је одговарајуће понудити центрифугу капацитета бц15мл / бц10мл, а која опционо са додатним адаптерима може да ради са различитим епруветама за крв запремина од 1,1 па све до 10 мл.

**ОДГОВОР:**

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је дошло до техничке грешке у називу и да исти треба да гласи **СТОНА ЦЕНТРИФУГА МИКРОПРОЦЕСОРСКИ КОНТРОЛИСАНА** и Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда .

Контрола времена центрифугирања од 10 секунди до 99 сати и 59 минута је сувишна. Довољна је до 99 минута.

Потребна је центрифуга капацитета 8x15 мл, уз могућност редукције на 8x10 мл. Опционо 0,5; 1,5; 2 и 5 мл.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА«

**КОМИСИЈА ЗА ЈН БР.Д-1.1.80/2018**