



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Адреса: Мике Петровића Аласа 12-14
Телефон централа: (ОП) 3408-101
п.фах 522, ПОТ Београд
Телефон Директор: (011) 6454-945
Телефакс: (011) 3408-787
E-mail: office@vinca.rs

Наш знак 2/123/11

Београд, 16.05.2018.год.

Комисија за јавну набавку добара Стона центрифуга микроскопски контролисана Д-1.1.80/2018

Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде

Комисији за јавну набавку бр Д- 1.1.80/2018 стигао је имејл, од потенцијалног понуђача следеће садржине:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

Молимо Вас да одговорите на следећа питања:

1. Да ли је прихватљиво понудити центрифуге од 5000 обр/мин?
2. Да ли је прихватљиво понудити капацитета 12ц15мл/10мл, опционо 0.5, 1.5, 2 И 5 мл?

ОДГОВОР:

- 1) Није прихватљиво понудити центрифуге од 5000 обр/мин. Мин. 6000 обртаја, мац. 8000.
- 2) Довољно је 8x15мл/10мл, евентуално 10x15мл/10мл опционо 0.5, 1.5, 2 И 5 мл.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА«

КОМИСИЈА ЗА ЈН БР.Д-1.1.80/2018