

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka UV/Vis spektrofotometra**

Referentni broj: **D-0027**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>U tehničkoj specifikaciji: UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR traženo je sledeće: „ Stabilnost <math>\pm 0.002</math> A/h na 500 nm“</p> <p>Da li je moguće ponuditi uređaj sa preciznijom vrednošću stabilnosti ali merenu na drugoj talasnoj dužini. Svaki proizvođač ovu karakteristiku definiše na različitoj talasnoj dužini?</p> <p>Da li će biti prihvatljivo ponuditi uređaj čija je stabilnost <math>\pm 0.0003</math> Abs/h na 700 nm</p> <p>Predložena minimalna izmena ne utiče na kvalitet analize i performanse instrumenta u svakodnevnom radu, a omogućava učestvovanje većeg broja ponuđača u postupku javne nabavke.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je ponuditi navedeno.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>
<p>U tehničkoj specifikaciji: UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR traženo je sledeće: „ Automatski držač kivete od 10 mm sa 8 mesta i držač sa 4 mesta za kivete od 10 mm“</p> <p>Poštovani da li je moguće ponuditi dva odgovarajuća automatska držača za kivete sa po 6 mesta za kivete 10x10 mm</p> <p>U praksi dobijate dva držača sa jednakim brojem mesta za kivete od 10 mm (ukupno 12) .</p> <p>Predložena minimalna izmena ne utiče na kvalitet analize i performanse instrumenta u svakodnevnom radu, a omogućava učestvovanje većeg broja ponuđača u postupku javne nabavke.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je ponuditi navedeno.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>
<p>Poštovani da li je prihvatljivo ponuditi uređaj boljih karakteristika sa vrednostima za Fotometrijsku tačnost i Fotometrijsku ponovljivost izraženu u Abs?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je ponuditi navedeno.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>

