

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Laboratorijska oprema**

Referentni broj: **D-0044**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Naručilac zahteva pod tačkom 5. Aparat za demineralizaciju vode Ugrađen omekšivač vode sa automatskom regeneracijom u integrisani u isti ram nerđajućeg čelika sa RO sistemom, i pod tačkom 4. Senzor curenja sistema.</p> <p>Smatramo da senzor curenja vode ima svrhu ako je ram (kućite aparata) potpuno zatvorenog tipa i samim tim garantuje Naručiocu da usled pucanja creva ili curenja aparata senzor ima svrhu.</p> <p>Samim tim postavljamo pitanje bez promene Tehničke specifikacije da li je Naručioc mislio sledeće! -Aparat za demineralizaciju vode Ugrađen omekšivač vode sa automatskom regeneracijom u integrisani u isti ram nerđajućeg čelika sa RO sistemom zatvorenog tipa od nerđajućeg čelika.</p> <p>Hvala.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>da Naručilac je mislio na Aparat za demineralizaciju vode Ugrađen omekšivač vode sa automatskom regeneracijom u integrisani u isti ram nerđajućeg čelika sa RO sistemom zatvorenog tipa od nerđajućeg čelika.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju !</p> <p>Srdačan pozdrav</p> <p>Komisija za JN D-044/2023</p>