

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

## Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Опрема за науку 030 - Ремтес ПРИЗМА**

Референтни број: **Д-0167**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Постовани,</p> <p>За партију број 3, у техничкој спецификацији је тражено:</p> <p>Варијабилна брзина од 100 до 650 рпм, однос брзина 1:2 Да ли је прихватљиво понудити млин са наведеним опсегом брзина односом брзима диска и посуде од 1,82?</p> <p>Могућност млина: величина улазног материјала до 10 мм И финална финоћа која може да се постигне 0.1 <math>\mu\text{m}</math> ( генерално ) Да ли је прихватљиво понудити млин са крајњим финоћом мањом од 1 <math>\mu\text{m}</math>?</p> <p>Дриве повер 750W, да ли је дозвољено понудити млин снаге 1000W?</p> <p>Могућност креирања СОП метода И циклуса (10 СОП програма или више је неопходно) да ли се овде мисли на 10 понављања?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Због наставка експеримента у току који је започет на млину са наведеним спецификацијама који се користи у другој установи, Универзитет у Новом Саду, није могуће одступати од наведених спецификација.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>

<p>Да ли је прихватљиво понудити млин са једном посудом И могућношћу прихвата до 2 посуде, запремине од 80-500мл?</p> <p>У конфигурацију укључити млин, посуду од ЗрО2 од 50 мл, куглице 5 мм 200 комада (око 25 мл) истог материјала , као И 200 ком, (око 6 мл ) ЗрО2 куглица, да ли је дозвољено понудити посуду од 80мл И одговарајући број куглица?</p>	
--	--

**Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Постовани,</p> <p>приликом попуњавања изјаве ,код дела Овлашћење, дозвола или чланство , није могуће унети ниста и све је закључано.</p> <p>Да ли можете да проверите о чему се ради јер без изјаве не могу да аплицирам на тендеру.</p> <p>Хвала.</p> <p>Поздрав,</p> <p>Милос</p>	<p>Поштовани,</p> <p>молимо Вас да контактирате Канцеларију за јавне набавке, јер је код нас јавна набавка објављена регуларно и не знамо шта може да буде проблем.</p> <p>Овлашћење, дозвола или чланство захтевано је само за партије 1 и 3.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0167</p>
<p>Поштовани, у Партији 4 захтевате Сушница, са подесивом температуром од собне температуре + 10 °Ц до + 300 °Ц и капацитета 42 л.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Понуђен температурски опсег је прихватљив.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p>

<p>Молимо Вас да појасните, да ли је прихватљиво понудити сушницу опсега + 50 °Ц до + 250 °Ц и капацитета 42 л ?</p>	<p>Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>
<p>Недостаје образац трошкова припреме понуде</p>	<p>Поштовани,</p> <p>хвала Вам на информацији исти ће бити додат у документацију.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>
<p>Поштовани, можете ли да разјасните шта подразумевате под Прекривена антибактеријским прахом.</p> <p>Посут прах пре испоруке, интегрисан прах у премаз или нешто треће?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>У питању је спољашњи материјал направљен од хладно ваљаног челика са антибактеријским прашкастим премазом.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>
<p>Постовани,</p> <p>За партију број 3, у техничкој спецификацији је тражено:</p> <p>Варијабилна брзина од 100 до 650 рпм, однос брзина 1:2 Да ли је прихватљиво понудити млин са наведеним опсегом брзина односом брзима диска и посуде од 1,82?</p> <p>Могућност млина: величина улазног материјала до 10 мм И финална финоћа која може да се постигне 0.1 μм ( генерално ) Да ли је прихватљиво понудити млин са крајњим финоћом мањом од 1 μм?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Због наставка експеримента у току који је започет на млину са наведеним спецификацијама који се користи у другој установи, Универзитет у Новом Саду, није могуће одступати од наведених спецификација.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>

Дриве повер 750W, да ли је дозвољено понудити млин снаге 1000W?

Могућност креирања СОП метода И циклуса (10 СОП програма или више је неопходно) да ли се овде мисли на 10 понављања?

Да ли је прихватљиво понудити млин са једном посудом И могућношћу прихвата до 2 посуде, запремине од 80-500мл?

У конфигурацију укључити млин, посуду од ЗрО2 од 50 мл, куглице 5 мм 200 комада (око 25 мл) истог материјала, као И 200 ком, (око 6 мл) ЗрО2 куглица, да ли је дозвољено понудити посуду од 80мл И одговарајући број куглица?