

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА Призма DOMINANTMAG ЛАБ 020**

Референтни број: **Д-0062**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>Молим Вас за појасњење.</p> <p>У тендерској документацији, ставка 9 и 10 су исте, Боца за филтрацију (Бихнерова боца, Гуч-боца), облика ерленмајера са стакленом млазницом, 250 мл, да ли су поновљене или се мисли на другу запремину?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0062/2024</p>
<p>Ставке 11, 12, 13, 14- левак по Бихнеру , да ли је задат унутрашњи или спољашни пречник?</p> <p>Ставке 9 и 10 се понављају , обе су гуч боце од 250 мл?</p> <p>Ставке 15, 16, 17- могу ли се понудити ерленмајери са шлифом 29/32</p> <p>Ставке 22, 23, 24,25- аутоматске пипете и наставци за аутоматске пипете, да ли јединица мере мл или μл?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Ставке 11, 12,13, 14 -дијаметар се односи на дијаметар филтер папира који у њега може да се стави а то су 45 мм - 35 мл је одговарајућа запремина бихнеровог левка, затим 55 мм-70 мл, 70 мм -- 120 мл, и 90 мм -- 240 мл -- https://shop.llg-labware.com/info8882_LLGBuchner_funnels_porcelain_lang_UK.htm?UID=55005b7f98f5000000000000 или одговарајући;</p> <p>Ставке 9 и 10 -Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда;</p> <p>Ставке 15, 16, 17- Наручилац остаје при свом захтеву из техничке спецификације;</p>

Ставке 22, 23, 24,25- Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рик за подношење понуда.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!

Комисија за ЈН Д-0062/2024