

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Laboratorijski potrošni materijal - INN**

Referentni broj: **D-0002**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>molimo vas da za Partiju 6, Pozicija 2 - Tygon creva za ICP, navedete dimenzije creva i pojasnite da li se količina 5 komada odnosi na 5 metara ili treba ponuditi drugačije.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>U pitanju su Tygon creva standardnih dimenzija (sa 2 granicnika) za peristalticku pumpu za uređaj ICP-OS Thermoscientific, 5 komada.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0002/2020</p>