



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Телефон директор: (011) 3408-104

E-mail: office@vinca.rs

Адреса:

П.фах 522, 11001 Београд

Матични број: 07035250

ПИБ: 101877940

Ваш знак:

Наш знак: 2/506/8

Београд-Винча, 07.09.2020. год

Комисија за јавну набавку добара Набавка опреме за научноистраживачки рад Д-1.1.16/2020

Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде

Комисији за јавну набавку бр Д-1.1.16/2020 стигао је имејл, од потенцијалног понуђача следеће садржине:

ПИТАЊЕ:

Пишем Вам поводом тендера који сте покренули а у вези лабораторијске опреме Д-1.1.16/2020, имамо пар питања:

Поштовани,

Сходно закону о ЈН, молимо Вас да нам доставите појашњења у вези захтева конкурсне документације Д-1.1.16/2020 за јавну набавку добара **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД - ПАРТИЈА 2 - ЛАМИНАРНА КОМОРА**

Питање 1:

У конкурсној документацији захтевате ламинарну комору димензија радне површине 580x520x610 mm.

Да ли је прихватљиво понудити ламинарну комору следећих димензија унутрасње радне површине:

630 x 538 x 550 mm или

935 x 538 x 550 mm?

ОДГОВОР:

Поштовани,

потребно је да унутрашња радна површина ламинарне коморе има минималну висину од 600 mm, јер ће унутра да се ставља поставка за зрачење хелија.

Питање 2:

У конкурсној документацији захтевате ламинарну комору јацине звука (буке) мање или једнако 60 dBA.

Да ли је прихватљиво понудити ламинарну комору чији је ниво буке <63 dBA?

ОДГОВОР:

Поштовани,

Што се тиче нивоа буке прихватљиво је да ниво буке буде < dBA.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА»

КОМИСИЈА ЗА ЈН БР.Д-1.1.16/2020