

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **NABAVKA SITNE OPREME ZA NAUKU (termometri, mešalice i hplc kolone, centrifuge, vortex, oprema za elektroforezu,ultrazvucna kadica, propipeta, manometri, digitalni multimetar, multimetri, metri, vage)**

Referentni broj: **D-0020**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovanje,</p> <p>Prema Vašem pozivu D-0020 NABAVKA SITNE OPREME ZA NAUKU-(termometri, mešalice i hplc kolone, centrifuge, vortex, oprema za elektroforezu,ultrazvucna kadica, propipeta, manometri, digitalni, multimetar, multimetri, metri, vage) molimo da pojasnite sledeće :</p> <p>Partija 3 – Nabavka analitičke vage</p> <p>Da li je odgovarajuće ponuditi vagu sa tasom prečnika 80mm, sa svim ostalim zahtevanim karakteristikama?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>obaveštavamo Vas da ostajemo pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0020/2021</p>
<p>Postovani,</p> <p>interesuje me da li je dozvoljena da ponudimo analitičku vagu - patija 3 sa sledecim karakteristikama:</p> <p>sirina x dubina x visina 230x303x330</p> <p>Linearnost: 0,2mg</p> <p>Težina 4,8kg</p> <p>Unapred hvala</p>	<p>Poštovani,</p> <p>obaveštavamo Vas da ostajemo pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0020/2021</p>

Postovani,

da li je dozvoljeno ponuditi vagu sa boljim funkcionalnim karakteristikama od trazenog, ponovljivost 0,1mg, linearnost 0,2mg, tas 100mm, da li je dozvoljeno odstupanje u dimenzijama vage jer one nisu od bitnog značaja za funkcionisanje aparata.

Poštovani,

obaveštavamo Vas da ostajemo pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.

Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.

Komisija za JN D-0020/2021