

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL**

Referentni broj: **D-0058**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Imamo pitanje vezano za PARTIJU 23, poziciju br. 1 - Da li se pozicija odnosi na osmokanalnu ili dvanaestokanalnu pipetu?</p> <p>Hvala unapred na odgovoru.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>u pitanju je osmokanalna automatska pipeta zapremine od 20-200 mikrolitara.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0058/2021</p>
<p>partija 21 - može li se ponuditi set za filtriranje kat. br. 260.202.01?</p> <p>partija 46 - može li se ponuditi zdelica za uparavanje, oblo dno, fi 170x74 mm, zapremine 920 ml?</p> <p>partija 57- može li se ponuditi zdelica za uparavanje fi 215x75 mm, zapremine 1285 ml?</p> <p>partija 56, stavka 3-može li se ponuditi automatska varijabilna pipeta od 0,5-10 ul?</p> <p>Partija 12, stavka 4- može li se ponuditi magnetno zrno 15 x 6 mm ili 40 x 8 mm?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>partija 21-može se ponuditi set za filtriranje kat. br. 260.202.01,</p> <p>partija 46-nije prihvatljivo ponuditi zdelicu za uparavanje, oblo dno, fi 170x74 mm, zapremine 920 ml,</p> <p>partija 57-može se ponuditi zdelica za uparavanje fi 215x75 mm, zapremine 1285 ml.</p> <p>partija 56 stavka 3-može se ponuditi 0.5-10 mililitra.</p> <p>partija 12 stavka 4-može se ponuditi magnetno zrno 15 x 6 mm.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0058/2021</p>

--	--