

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

## Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Опрема за науку 030 - Ремтес ПРИЗМА**

Референтни број: **Д-0167**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани, у Партији 4 захтевате Сушница, са подесивом температуром од собне температуре + 10 °Ц до + 300 °Ц и капацитета 42 л.</p> <p>Молимо Вас да појасните, да ли је прихватљиво понудити сушницу опсега + 50 °Ц до + 250 °Ц и капацитета 42 л ?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Понуђен температурски опсег је прихватљив.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>

## Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Постовани,</p> <p>приликом попуњавања изјаве ,код дела Овлашћење, дозвола или чланство , није могуће унети ниста и све је закључано.</p> <p>Да ли можете да проверите о чему се ради јер без изјаве не могу да аплицирам на тендеру.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>молимо Вас да контактирате Канцеларију за јавне набавке, јер је код нас јавна набавка објављена регуларно и не знамо шта може да буде проблем.</p> <p>Овлашћење, дозвола или чланство захтевано је само за партије 1 и 3.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0167</p>

<p>Хвала.</p> <p>Поздрав,</p> <p>Милос</p>	
<p>Поштовани, у Партији 4 захтевате Сушница, са подесивом температуром од собне температуре + 10 °Ц до + 300 °Ц и капацитета 42 л.</p> <p>Молимо Вас да појасните, да ли је прихватљиво понудити сушницу опсега + 50 °Ц до + 250 °Ц и капацитета 42 л ?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Понуђен температурски опсег је прихватљив.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0167/2023</p>